

広島県臨床検査技師会会員 各位

平成 30 年 11 月 05 日

一般社団法人広島県臨床検査技師会会長 森田益子

臨床検査データ標準化委員会委員長 森本隆行

精度管理委員会委員長 室暢彰

### 重要「平成 30 年度日臨技精度保証施設認証制度」の申請について

(平成 28 年度広島県臨床検査精度管理調査評価対象外項目 HDL-C の扱いについて注意事項)

平成 30 年度日臨技精度保証施設認証制度申請において、JAMTQC からの書類印刷として「申請案内（適書）都道府県用」が必要となっておりますが、その掲載内容にシステムマスタ設定上の不具合が認められましたので、対処法についてお知らせいたします。

#### 現象

適書の掲載内容において、平成 28 年度広島県臨床検査精度管理調査の評価対象外項目 HDL-C が分母としてカウントされる。よって、満点でも 27/28(96.4%)と記載されてしまう。

#### 原因

平成 28 年度広島県臨床検査精度管理調査において、当時 HDL-C を評価対象外に変更した経緯があったがシステム内部の一部では評価対象としてカウントされており、評価対象項目の分子と分母の不一致が生じた。

#### 対処法

申請基準 4. について

都道府県技師会主催の精度管理調査に申請時より遡り 2 年以上参加し、2 年連続 80%以上である。

→ 平成 28 年度について HDL-C 参加施設は分母を-1(最大 27)して再計算し、印刷されている結果に二重線と訂正印を押して再計算結果を記載してください。

申請基準 8. について

外部精度管理調査（日臨技主催および都道府県主催）評価結果で許容正解を外れた項目については、原因の究明、是正処置、監督者の確認等の記録（様式）がある。

→ 平成 28 年度都道府県主催の HDL-C については、是正報告書作成不要です。

この度の件について、遑ってのシステムマスタ修正がリスクを伴う困難な事例であり、上記の対応方法を日臨技側にも周知しております。申請施設様には大変お手数をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

問合せ先

広島大学病院 診療支援部検体検査部門

森本 隆行

[TEL: 082-257-5550](tel:082-257-5550)

Email: [tm1207@hiroshima-u.ac.jp](mailto:tm1207@hiroshima-u.ac.jp)